

丹东锐新射线仪器有限公司 直线加速器调试间改造项目 竣工环境保护验收总结报告

一、公司基本情况及项目建设概况

丹东锐新射线仪器有限公司（原名丹东科维探伤仪器有限公司，丹东科迈特射线仪器有限公司）成立于 2009 年，公司租用辽宁(丹东)仪器仪表产业基地一期 12 号楼一、二层东侧，专门从事 X 射线探伤设备的研发、生产、调试和销售工作。

《丹东锐新射线仪器有限公司直线加速器调试间改造项目环境影响报告表》编制单位为核工业北京化工冶金研究院，于 2019 年 9 月 24 日通过辽宁省生态环境厅的审批，审批文号：辽环审表（2019）45 号，批复内容为：公司拟对北侧原有 2#调试间进行改造，以满足 9MeV 以下直线加速器、7.5MeV 以下回旋加速器和管电压 600kV 以下 X 射线探伤机的调试要求。

加速器调试间于 2019 年 10 月开工进行建设，2019 年 12 月竣工，本项目调试间的建设与环评一致，调试间的改造和使用满足报告表及辐射防护相关法律法规要求。

二、现场检查验收情况

2023 年 8 月 17 日，丹东锐新射线仪器有限公司组织了丹东锐新射线仪器有限公司直线加速器调试间改造项目竣工环境保护验收现场检查。参加现场核查的有丹东锐新射线仪器有限公司（建设单位）、辽宁核源环境技术咨询服务有限公司（验收报告编制单位）和 3 名专家共 9 人，组

成建设项目竣工环境保护自主验收组。

现场检查组和与会代表听取了丹东锐新射线仪器有限公司对该项目的建设、环保执行、项目试运行情况汇报，辽宁核源环境技术服务有限公司对该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，依据国环规环评[2017]4号文的要求，对调试间及附属设施进行核查。通过认真核准、讨论，形成验收意见，本次自主验收按照《丹东锐新射线仪器有限公司直线加速器调试间改造项目竣工环境保护验收意见》整改后，同意该项目通过环保竣工验收。

公司已按照核查意见的整改要求，完成了报告修改、材料补充和制度完善等整改工作。

丹东锐新射线仪器有限公司

